



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州康宜健医疗设备有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	河南省荥阳市建设路晏曲段北侧中国中部生物科技 产业园 E2 号		建设单位（用人 单位）联系人	毛子奇	
项目名称	郑州康宜健医疗设备有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	郑州康宜健医疗设备有限公司成立于 2010 年，是一家二类医疗器械生产企业，属于其他医药制造行业。其占地总面积共计 1730 平方米，注册资金 100 万元人民币。目前生产规模为：退热贴 25 万盒/年、医用冰垫 10 万盒/年、理疗电极片 3 万盒/年、热敷贴 15 万盒/年、定向透药治疗仪 15 台/月。				
项目组人员	王艳娇、贾鹏凯、郑雪东				
现场调查人员	王艳娇、贾鹏凯	调查时间	2024.5.13	建设单位（用人单位） 陪同人员	毛子奇
现场采样、检测人员	王艳娇、郑雪东	现场采样、检测时 间	2024.5.17、 5.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	毛子奇
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像	 				
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果	（1）用人单位工作场所产生的或存在的主要职业病危害因素有：粉尘、丙酮、丁酮、噪声。 （2）热敷贴生产包装工接触噪声 8h 等效声级超过职业接触限值，其他工种接触粉尘、毒物、噪声浓度或强度均符合职业接触限值要求。				
评价结论与建议	（1）加强防尘口罩、防噪声耳塞等劳动防护用品使用情况的监督管理，及时更换失效的防护用品，切实起到保护劳动者健康的作用。 （2）完善高噪声场所降噪设施，控制噪声强度。 （3）加强设备密闭和通风除尘设施的维护保养，确保防尘设施效果良好。 （4）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第 5 号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等法律法规、规范、标准规定，完善职业卫生管理制度和操作规程建立、职业健康监护、职业病危害警示与告知、职业卫生培训等职业病防治工作。				
技术审查专家组 评审意见	不涉及				