




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南省肿瘤医院				
建设单位（用人单位） 地址	郑州航空港经济综合实验区		建设单位（用人 单位）联系人	崔保林	
项目名称	河南省肿瘤医院南院区（“两院一中心”二期项目（西侧院区））动物实验建设项目放射性职业病危害预评价报告				
项目简介	建设项目为“两院一中心”二期项目中的西侧院区即河南省肿瘤医院南院区的部分内容。河南省肿瘤医院南院区是河南省肿瘤医院和中国医学科学院肿瘤医院合作建设的国家区域医疗中心，建成后加挂中国医学科学院肿瘤医院河南医院的名称，该院区占地约 239 亩，地上建筑面积约 28 万平方米，基本建设投资约 31 亿元。该院区规划床位 1500 张，其中普通病房床位 1000 张，研究型病房床位 500 张，主要建设内容有科研办公楼、医疗综合楼（包含住院楼、门诊、医技、核医学）、质子中心等。项目建成后，涉及 X 射线影像诊断、介入放射学、放射治疗和核医学的诊疗工作及动物实验等科研工作。其中 X 射线影像诊断、介入放射学、放射治疗、核医学等部分已单独进行评价。本项目仅涉及动物实验场所建设，拟配置 1 台动物 PET-CT、1 台多模态动物 PET/SPECT/CT 一体机，开展动物实验。建设单位拟为南院区动物实验区域新配备具有相关资质的放射工作人员，保证可满足工作需求，并与现有院区从事核医学工作的放射工作人员进行统一管理。				
项目组人员	冯东方、贺金鹏、师成龙				
现场调查人员	冯东方、贺金鹏、 师成龙	调查时间	2024. 12. 3	建设单位（用人单位） 陪同人员	崔保林
现场采样、检测人员	冯东方、贺金鹏、 师成龙	现场采样、检测 时间	2024. 12. 3	建设单位（用人单位） 陪同人员	崔保林
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	工作场所存在的职业病危害因素为 α 、 β 、 γ 、X 射线； 对该项目放射诊疗工作场所进行了本底辐射水平进行了监测，经检测该项目放射诊疗工作场所的本底辐射水平为 0.05 μ Sv/h~0.07 μ Sv/h。				
评价结论与建议	建设项目在平面布局、屏蔽防护、辐射安全措施、拟配备的人员计划和辐射防护管理等方面进行了比较周详的考虑，但在放射性表面污染控制与防护、防护用品配置方面需要进一步完善，对现有应急预案及辐射防护制度根据项目情况进行进一步的修订。				
技术审查专家组 评审意见	修改后通过				